

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Modello Laser          | <b>C-40 - Gem 40</b>     |
| Serial Number RF       | <b>nd</b>                |
| Serial Number Sorgente | <b>BTH.1138405.30435</b> |
| Sample Rate:           | <b>2000</b>              |
| Sample Period:         | <b>00:00,3</b>           |
| Total Duration:        | <b>0:11:20</b>           |
|                        |                          |
|                        |                          |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Data                | <b>18/09/2013 11:47</b> |
| Sonda               | <b>0164L12R</b>         |
| Frequenza           | <b>1 KHz</b>            |
| Duty                | <b>100 %</b>            |
| Valore Minimo       | <b>51 W</b>             |
| Valore Medio        | <b>55 W</b>             |
| Valore Massimo      | <b>56 W</b>             |
| Deviazione Standard | <b>1,0 W</b>            |
| Stabilità           | <b>3,84% +/-</b>        |

